

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 申请单位       | 郑州市第二人民医院                     |
| 拟采购产品名称    | 综合验光仪                         |
| 拟采购产品金额    | ¥750000.00元                   |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市第二人民医院2025年医学装备采购项目（综合验光仪） |
| 采购项目所属项目金额 | ¥750000.00元                   |

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：综合验光仪主要用于精准屈光测量。是眼镜验配的重要设备，市场上进口产品具有测定时间短，精准度高。操作更方便的特性，性能稳定，使用年限长，主流产品多为进口品牌，国产品牌在技术和质量上尚不能满足大型专科医院的需求。

三、专家论证意见

采购人拟采购综合验光仪用于屈光不正、双眼视功能及眼视光检查。技术要求高，球镜0-±27.0D（0.25/1/2/3D步长），柱镜0-±8.0D（0.25/1D步长）视场范围35°，可编辑5种自动验光程序，高分辨率、高清晰度、目前进口产品我国光学领域无大优势，为保障患者安全，同意采购进口产品。

专家签字： 2025 年 11 月 21 日