

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	综合验光仪
拟采购产品金额	¥750000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院2025年医学装备采购项目（综合验光仪）
采购项目所属项目金额	¥750000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：综合验光仪主要用于精准屈光测量。是眼镜验配的重要设备，市场上进口产品具有测定时间短，精准度高。操作更方便的特性，性能稳定，使用年限长，主流产品多为进口品牌，国产品牌在技术和质量上尚不能满足大型专科医院的需求。	
三、专家论证意见	
<p>综合验光仪主要用于精准屈光测量，对参数的精度和临床适配性要求较高。目前国产设备高度数覆盖范围不足，精度较低，轴向很难达到1°步长，对复杂散光患者的诊断准确性不足，与进口产品存在一定的差距。因此国产设备在某些技术性能和使用要求上难以达到采购人的临床使用要求，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	2025年11月21日 